

По вопросам продаж и поддержки:


Астана: +7(7172)727-132 Архангельск: (8182)63-90-72 Белгород: (4722)40-23-64 Брянск: (4832)59-03-52 Владивосток: (423)249-28-31
Волгоград: (844)278-03-48 Вологда: (8172)26-41-59 Воронеж: (473)204-51-73 Екатеринбург: (343)384-55-89 Иваново: (4932)77-34-06
Ижевск: (3412)26-03-58 Казань: (843)206-01-48 Калининград: (4012)72-03-81 Калуга: (4842)92-23-67 Кемерово: (3842)65-04-62
Киров: (8332)68-02-04 Краснодар: (861)203-40-90 Красноярск: (391)204-63-61 Курск: (4712)77-13-04 Липецк: (4742)52-20-81
Магнитогорск: (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск: (8152)59-64-93 Набережные Челны: (8552)20-53-41
Нижний Новгород: (831)429-08-12 Новокузнецк: (3843)20-46-81 Новосибирск: (383)227-86-73 Орел: (4862)44-53-42
Оренбург: (3532)37-68-04 Пенза: (8412)22-31-16 Пермь: (342)205-81-47 Ростов-на-Дону: (863)308-18-15 Рязань: (4912)46-61-64
Самара: (846)206-03-16 Санкт-Петербург: (812)309-46-40 Саратов: (845)249-38-78 Смоленск: (4812)29-41-54 Сочи: (862)225-72-31
Ставрополь: (8652)20-65-13 Тверь: (4822)63-31-35 Томск: (3822)98-41-53 Тула: (4872)74-02-29 Тюмень: (3452)66-21-18
Ульяновск: (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск: (351)202-03-61 Череповец: (8202)49-02-64 Ярославль: (4852) 69-52-93

Единый адрес: dmt@nt-rt.ru

www.dymetic.nt-rt.ru

Государственный реестр средств измерений

Регистрационный номер 21789-04



**СЧЕТЧИК ГАЗА ВИХРЕВОЙ
"DYMETIC-9421"**

ПАСПОРТ

www.dymetic.nt-rt.ru

Настоящий паспорт (далее – ПС) предназначен для отражения сведений, удостоверяющих гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик счетчика газа вихревого «DYMETIC-9421» (далее – счетчик), гарантий и сведений по его эксплуатации за весь период.



Счетчик состоит из датчика многопараметрического «DYMETIC-2721» и устройства микровычислительного «DYMETIC-5121».

В ПС приняты следующие сокращения:

- датчик** – датчик многопараметрический «DYMETIC-2721»;
вычислитель – устройство микровычислительное «DYMETIC-5121».

1 НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОПИСАНИЕ

1.1 Счетчик предназначен для измерения объема газа на промышленных объектах и объектах коммунально-бытового назначения, как автономно, так и в составе газораспределительных блоков (ГРБ) и пунктов (ГРП). Категория технологических помещений ГРБ и ГРП по взрывоопасности – В-1а, В-1б.

Область применения – системы коммерческого и технологического учета природного, нефтяного и других видов газа на промышленных объектах различных отраслей промышленности и объектах коммунально-бытового назначения.

Счетчик обеспечивает измерение объема газа в нормированных единицах объема в рабочих условиях и приведение его к стандартным условиям (далее – СУ), а также контроль режимных параметров газа (расхода, температуры и давления).

1.2 Счетчик имеет по одному каналу измерения объема, температуры и давления газа и встроенные часы реального времени с календарем.

1.3 Вид климатического исполнения счетчика – УХЛ.3.1 по ГОСТ 15150-69, но для температуры окружающего воздуха:

для датчика – от минус 40 до + 50 °С;

для вычислителя – от + 5 до + 50 °С.

Степень защиты по ГОСТ 14254 (МЭК 529-89):

датчика МД – IP 57;

вычислителя – IP 20.

Исполнение по прочности к воздействию вибрации по ГОСТ 12997-84:

для датчика - группа N1;

для вычислителя – группа L3.

Датчики МД предназначены для работы во взрывобезопасных и взрывоопасных условиях. Взрывозащищенные датчики МД имеют вид взрывозащиты – "взрывонепроницаемая оболочка".

1.4 Принцип действия счетчика основан на измерении расхода, температуры и избыточного давления газа при рабочих условиях и последующем вычислении по этим параметрам объема и расхода, приведенных к стандартным условиям по ГОСТ 2939-63.

Измерение расхода газа производится вихревым преобразователем расхода датчика с последующим преобразованием измерительного сигнала в цифровой код и передачей в вычислитель.

Измерение температуры производится платиновым термопреобразователем сопротивления, размещенным в полости датчика. Измерительный сигнал преобразуется в цифровой код и передается в вычислитель.

Измерение давления производится тензорезистивным преобразователем давления, размещенным в корпусе датчика. Измерительный сигнал преобразуется в цифровой код и передается в вычислитель.

Вычислитель предназначен для измерения и преобразования в показания отсчетного устройства (далее – дисплей) расхода, объема, температуры и избыточного давления газа, прошедшего через датчик при рабочих условиях, а также вычисления, отображения на дисплее и передачи на приемное устройство верхнего уровня

(интерфейсы RS232C или RS485) (далее – компьютер) или на принтер (интерфейс RS232C) объема и расхода газа, приведенных к СУ.

1.5 Счетчик обеспечивает:

1) отображение на матричном жидкокристаллическом индикаторе (далее – дисплей) измерительной информации о расходе, объеме, температуре и избыточном давлении газа, полученной от датчика;

2) вычисление и отображение числовых значений объема и расхода газа, приведенных к стандартным условиям, и передачу измерительной информации на приемное устройство верхнего уровня;

3) кодовую защиту от несанкционированного доступа к установочным и градуировочным параметрам;

4) сигнализацию сбоя в работе с индикацией выхода за пределы установленного диапазона расходов, температур и давлений и отсутствия сигнала от датчика;

5) автоматическое тестирование технического состояния счетчика при включении питания и перезапуске;

6) сохранение накопленной информации при выключенном электропитании в течение всего срока службы;

7) передачу измерительной информации на принтер, а также на внешний интерфейс (RS232C или RS 485).

1.6 Наименование, размерность и способ отражения информации на дисплее вычислителя и его выходе соответствуют таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Единица измерения	Единица младшего разряда	Отображение на дисплее вычислителя	Регистрация на принтере	Вывод на внешний интерфейс		
1 Текущее значение объемного расхода	м ³ /ч	0,001	+	–	+		
2 Текущее значение температуры	°С	0,01	+	–	+		
3 Текущее значение избыточного давления	кгс/см ² МПа	0,00001 0,000001	+	+	– –	+	+
4 Объем газа, приведенный к СУ, за отчетный период (час, сутки, месяц)	нм ³	0,001	+	+	+		
5 Среднее значение температуры за отчетный период (час, сутки, месяц)	°С	0,01	+	+	+		
6 Среднее значение избыточного давления за отчетный период (час, сутки, месяц)	кгс/см ²	0,001	+	+	+		
7 Объем газа в рабочих условиях за отчетный период (час, сутки, месяц)	м ³	0,001	+	+	+		
8 Суммарное время работы вычислителя за отчетный период (час, сутки, месяц)	час, мин.	мин.	+	+	+		
9 Время работы вычислителя в режиме за отчетный период (час, сутки, месяц)	час, мин.	мин.	+	+	+		
Примечание – Информация по 4 – 9 отображается на дисплее вычислителя только за прошедшие сутки и месяц (месяцы).							

1.7 Соединение датчика с вычислителем осуществляется с помощью четырехжильного кабеля сечением каждой жилы не менее 0,5 мм² и длиной до 300 м, во взрывоопасной зоне проложенного в трубе.

1.8 Измеряемая среда в общем случае – горючие газы температурой от минус 40 до + 60 °С (природный и нефтяной газ, этан, метан, этилен аммиак и др.), кислород и негорючие газы (воздух, азот, оксид углерода, диоксид углерода, аргон и др.) температурой от минус 20 до + 150 °С при избыточном давлении от $8 \cdot 10^{-4}$ до 1,6 МПа. Измеряемая среда и ее параметры для конкретного счетчика указываются в таблице 2.

1.9 В качестве принтера может использоваться любое EPSON – совместимое цифropечатающее устройство с последовательным интерфейсом типа RS232C. Скорость передачи данных между вычислителем и принтером равна 2400 бит/с. При отсутствии принтера предусмотрено использование устройства переноса данных "DUMETIC-6022", поставляемого по отдельному заказу.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2

Наименование параметра	Значение
Измеряемая среда	_____
Диапазон изменения расхода газа	_____ м ³ /ч
Диапазон измеряемых температур	_____ °С
Диапазон измеряемых давлений	_____ МПа
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объема (расхода) газа в рабочих условиях	± 1,0 %
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры газа	± 0,5 °С
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения давления газа P, МПа	± 0,008·(P + 0,1) МПа
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения объема (расхода) газа, приведенного к СУ	± 1,5 %
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения времени	± 0,01 %
Электрическое питание – сеть переменного тока (50 ± 2) Гц напряжением	от 175 до 242 В
Потребляемая мощность не более	17 В·А
Наработка на отказ: датчика вычислителя	50 000 ч 50 000 ч
Срок службы не менее	12 лет

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 3

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество	Заводской номер
DYMETIC-2721	Датчик многопараметрический*	1	_____
2721.10.00.000	Комплект монтажных частей, компл.	_____	
DYMETIC-5121	Устройство микровычислительное*	1	_____
5121.10.00.000	Комплект монтажных частей	_____	
9421.00.00.000 ПС	Счетчик газа вихревой. Паспорт, экз.	1	
9400.00.00.000 ПМ2	Счетчик газа и пара вихревой. Методика поверки, экз.	1	
* -с руководством по эксплуатации и методикой поверки			

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Эксплуатационные ограничения

4.1.1 Эксплуатация счетчика должна производиться в условиях воздействующих факторов, не превышающих допустимых значений, оговоренных в эксплуатационной документации (далее – ЭД) составных частей счетчика.

4.1.2 В помещении, где устанавливают вычислитель, должна быть проведена шина для обеспечения защитного заземления ("зануления").

4.1.3 Надежная и точная работа датчика и вычислителя обеспечивается при выполнении в месте их установки условий, оговоренных в ЭД составных частей счетчика.

4.1.4 Условия эксплуатации на объекте установки счетчика должны соответствовать требованиям по эксплуатации, указанным в ЭД составных частей счетчика.

4.1.5 Не допускается размещение вычислителя вблизи источников теплового и электромагнитного излучения (например, трубопроводов горячей воды, электродвигателей и др.).

4.2 Подготовка счетчика к использованию

4.2.1 Меры безопасности

4.2.1.1 К работе со счетчиком допускается обслуживающий персонал, ознакомленный с ЭД на счетчик и его составные части.

4.2.1.2 При подготовке счетчика к использованию должны соблюдаться "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

4.2.1.3 При проведении работ со счетчиком опасными факторами являются:

- переменное напряжение с действующим значением до 242 В частотой 50 Гц;
- давление в трубопроводе до 1,6 МПа;
- температура трубопровода до + 150 °С.

4.2.1.4 Монтаж счетчика должен быть выполнен в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" ПУЭ (глава 7.3) и с руководствами по эксплуатации его составных частей.

4.2.1.5 Запрещается использовать датчик при давлении в трубопроводе более 1,6 МПа.

4.2.1.6 Монтаж, демонтаж и эксплуатация датчика должны производиться с соблюдением требований "Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон" ВСМ 332-74/ММ СС.

4.2.1.7 При обнаружении внешних повреждений счетчика или сетевой проводки следует отключить счетчик до выяснения специалистом возможности дальнейшей эксплуатации.

4.2.1.8 В процессе работ по монтажу, пуско-наладке или ремонту счетчика запрещается:

- производить подключения к счетчику, переключения режимов или замену электроэлементов при включенном питании;
- использовать неисправные электроприборы и электроинструменты без подключения их корпусов к шине защитного заземления ("зануления").

4.2.2 Установка и монтаж датчика и вычислителя должны производиться в соответствии с их монтажными чертежами

4.2.3 При подготовке счетчика к использованию должно быть проверено:

- правильность установки датчика и вычислителя;
- наличие защитного заземления датчика и вычислителя;
- правильность положения запорных устройств (задвижек, кранов, вентилей), отсекающих датчик (они должны быть в положении "открыто");
- наличие и соответствие напряжения питания требуемым техническим характеристикам;
- подключение дополнительного оборудования (компьютера, модема, адаптера, принтера и т. д.).

4.2.4 Счетчик готов к работе после:

- 30-минутной промывки датчиков потоком жидкости (для обеспечения устойчивой работы);
- 30-минутного прогрева.

4.3 Использование счетчика

4.3.1 После подключения датчика и вычислителя и включения питания при исправных цепях никакой настройки не требуется, при этом производится автоматическое тестирование составных частей счетчика.

4.3.2 Сданный в эксплуатацию счетчик работает непрерывно в автоматическом режиме. Порядок работы счетчика изложен в ЭД вычислителя.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Введенный в эксплуатацию счетчик не требует специального технического обслуживания кроме периодического осмотра с целью контроля:

- соблюдения условий эксплуатации;
- отсутствия внешних повреждений составных частей счетчика;
- надежности электрических и механических соединений;
- наличия пломб на составных частях счетчика;
- наличия напряжения питания;
- работоспособности счетчика.

Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации, но не должна быть реже одного раза в 10 месяцев (в зависимости от условий эксплуатации).

5.2 При проведении профилактических работ в месте установки счетчика необходимо демонтировать датчик и промыть внутреннюю полость с помощью чистой ветоши, смоченной в воде, с целью снятия отложений.

5.3 При отправке счетчика на поверку или в ремонт необходимо после демонтажа очистить проточную часть датчика от отложений, образовавшихся в процессе эксплуатации, или от остатков рабочей жидкости.

5.4 Счетчик проходит первичную поверку при выпуске из производства и периодическую – в процессе эксплуатации и после ремонта с периодичностью, указанной в ЭД составных частей счетчика, по методике поверки счетчика и по методикам, установленным в технической документации этих составных частей.

6 РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

6.1 Ресурс изделия до первого среднего ремонта 25 000 ч в течение срока службы 12 лет, в том числе, срок хранения 5 лет в упаковке изготовителя в складских условиях.

Указанный ресурс, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации на составные части изделия.

6.2 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

В случае обнаружения неисправностей в течение гарантийного срока потребитель должен не позднее 30 дней со дня обнаружения сообщить об этом изготовителю или его сервисной службе с приложением сведений о характере неисправности и дате ее обнаружения.

По всем вопросам, связанным с качеством счетчика, следует обращаться:

тел.: +7(843) 206-01-48, Факс: +7(843) 206-01-48 (доб.0)

E-mail: dmt@nt-rt.ru Web: <http://www.dymetic.nt-rt.ru/>

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Счетчик газа вихревой «DYMETIC-9421-____-____-____-____-____-____»^{*}
в составе:

датчика многопараметрического «DYMETIC-2721-____-____-____-____-____-____»

зав. № _____

устройства микровычислительного «DYMETIC-5121-____-____-____-____»

зав. № _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Измеряемая среда – _____
Начальник ОТК

М.П.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(число, месяц, год)

^{*} – Пример обозначения приведен в приложении А

9 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

10 СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Снятая часть			Вновь установленная часть		Дата замены, должность и фамилия ответственного лица
наименование и (или) обозначение	заводской номер	причина выхода из строя	наименование и (или) обозначение	заводской номер	

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Пример записи обозначения:

Счетчик газа вихревой	DYMETIC	–	9421	–	160	–	1,6	–	Г	–	01	–	С	–	К1
--------------------------	---------	---	------	---	-----	---	-----	---	---	---	----	---	---	---	----

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 **Наименование изделия:**

Счетчик газа вихревой

2 **Фирменное обозначение изделия** – DYMETIC

3 **Модель изделия** – 9421

4 **Наибольший расход измеряемой среды** в рабочих условиях, м³/ч, из ряда:

160, 530, 1000, 2500, 5000

5 **Наибольшее рабочее давление**, МПа, из ряда:

0,25; 0,6; 1,0; 1,6

6 **Код вида измеряемой среды:**

Г – горючий газ;

О – негорючий газ

7 **Код типа измеряемой среды:**

00 – нефтяной газ;

06 – аммиак;

01 – природный газ;

07 – азот;

02 – этан;

08 – оксид углерода СО;

03 – метан;

09 – диоксид углерода СО₂;

04 – этилен;

10 – воздух;

05 – кислород;

11 – аргон

8 **Код исполнения по температуре:**

Т ***Расширенный температурный диапазон:***

– для кода вида измеряемой среды Г и
кислорода

– от – 40 до + 60 °С

– для кода вида измеряемой среды О – от – 40 до + 150 °С

С ***Температурный диапазон*** от – 20 до + 60 °С

9 **Код комплекта монтажных частей датчика**, указывается при необходимости:

КО – с изделием из комплекта монтажных частей поставляются только
паронитовые прокладки;

К1 – с изделием поставляется весь комплект монтажных частей

По вопросам продаж и поддержки:

Астана: +7(7172)727-132 Архангельск: (8182)63-90-72 Белгород: (4722)40-23-64 Брянск: (4832)59-03-52 Владивосток: (423)249-28-31
Волгоград: (844)278-03-48 Вологда: (8172)26-41-59 Воронеж: (473)204-51-73 Екатеринбург: (343)384-55-89 Иваново: (4932)77-34-06
Ижевск: (3412)26-03-58 Казань: (843)206-01-48 Калининград: (4012)72-03-81 Калуга: (4842)92-23-67 Кемерово: (3842)65-04-62
Киров: (8332)68-02-04 Краснодар: (861)203-40-90 Красноярск: (391)204-63-61 Курск: (4712)77-13-04 Липецк: (4742)52-20-81
Магнитогорск: (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск: (8152)59-64-93 Набережные Челны: (8552)20-53-41
Нижний Новгород: (831)429-08-12 Новокузнецк: (3843)20-46-81 Новосибирск: (383)227-86-73 Орел: (4862)44-53-42
Оренбург: (3532)37-68-04 Пенза: (8412)22-31-16 Пермь: (342)205-81-47 Ростов-на-Дону: (863)308-18-15 Рязань: (4912)46-61-64
Самара: (846)206-03-16 Санкт-Петербург: (812)309-46-40 Саратов: (845)249-38-78 Смоленск: (4812)29-41-54 Сочи: (862)225-72-31
Ставрополь: (8652)20-65-13 Тверь: (4822)63-31-35 Томск: (3822)98-41-53 Тула: (4872)74-02-29 Тюмень: (3452)66-21-18
Ульяновск: (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск: (351)202-03-61 Череповец: (8202)49-02-64 Ярославль: (4852) 69-52-93

Единый адрес: dmt@nt-rt.ru

www.dymetic.nt-rt.ru